ДИРЕКТИВИ

ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2023/1437 НА КОМИСИЯТА

от 4 май 2023 година

за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването на употребата на живак в преобразуватели за налягане на стопилка за капилярни реометри при определени условия

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване ([1]), и по-специално член 5, параграф 1, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1) В Директива 2011/65/ЕС се изисква държавите членки да гарантират, че електрическото и електронното оборудване, което е пуснато на пазара, не съдържа опасните вещества, изброени в приложение II към същата директива. Това изискване не се прилага за някои освободени приложения, изброени в приложение IV към същата директива.

(2) Категориите електрическо и електронно оборудване, за които се прилага Директива 2011/65/ЕС, са изброени в приложение I към същата директива.

(3) Живакът е ограничено вещество, включено в приложение II към Директива 2011/65/ЕС.

(4) На 26 април 2021 г. Комисията получи заявление, подадено в съответствие с член 5, параграф 3 от Директива 2011/65/ЕС, за включване в приложение IV към посочената директива на освобождаване за живак в преобразуватели за налягане на стопилка за капилярни реометри при температури над 300 °C и налягане над 1 000 bar („исканото освобождаване“).

(5) Използваният преобразувател за налягане, вграден в капилярни реометри, съдържа електрически компоненти и е електрическо измервателно устройство, попадащо в обхвата на Директива 2011/65/ЕС. Капилярните реометри, описани в исканото освобождаване, попадат в категория 9 „промишлени прибори за контрол и управление“ от приложение I към Директива 2011/65/ЕС.

(6) Оценката на заявлението за освобождаване, която включваше проучване за техническа и научна оценка ([2]), стигна до заключението, че заместването на живака в преобразувателите за налягане на стопилка в капилярни реометри при температури над 300 °C и налягане над 1 000 bar понастоящем е научно и технически неосъществимо. Оценката включваше консултации със заинтересованите страни както се изисква в член 5, параграф 7 от Директива 2011/65/ЕС.

(7) Едно от приложимите условия, посочени в член 5, параграф 1, буква а) от Директива 2011/65/ЕС, е изпълнено, а именно премахването и замяната да са практически неосъществими от научна или техническа гледна точка.

([1]) ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88.

([2]) Проучване за оценка на исканията за две (-2-) изключения за живак в преобразувател за налягане и DEHP в основен материал за PVC, в приложение IV към Директива 2011/65/ЕС (пакет 25)

(8) Поради това е целесъобразно да се предостави исканото освобождаване, като се включат приложенията, обхванати от него, в приложение IV към Директива 2011/65/ЕС по отношение на електрическото и електронното оборудване от категория 9.

(9) За да се спазят бъдещите ограничения върху продуктите с добавен живак съгласно Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета ([3]), е необходимо срокът на действие на освобождаването да бъде ограничен до 31 декември 2025 г. Периодът е определен в съответствие с член 5, параграф 2, първа алинея от Директива 2011/65/ЕС.

(10) Поради това Директива 2011/65/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение IV към Директива 2011/65/ЕС се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1. Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 януари 2024 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби от 1 февруари 2024 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 4 май 2023 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

([3]) Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (ОВ L 137, 24.5.2017 г., стр. 1)

ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение IV към Директива 2011/65/ЕС се добавя следното вписване 49:

„49	Живак в преобразуватели за налягане на стопилка за капилярни реометри за температури над 300 °C и налягане над 1 000 bar.	Прилага се за категория 9 и изтича на 31 декември 2025 г.“