DIREKTIIVID

KOMISJONI DELEGEERITUD DIREKTIIV (EL) 2023/1437,

4. mai 2023,

millega muudetakse teaduse ja tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga elavhõbeda kasutamiseks kapillaarreomeetrite sulatusrõhuandurites teatavatel tingimustel

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, ([1]) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1) Direktiivi 2011/65/EL kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmed ei sisalda kõnealuse direktiivi II lisas loetletud ohtlikke aineid. Seda piirangut ei kohaldata teatavate erandiga hõlmatud kasutusviiside suhtes, mis on loetletud kõnealuse direktiivi IV lisas.

(2) Elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriad, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2011/65/EL, on loetletud kõnealuse direktiivi I lisas.

(3) Elavhõbe on piiratud kasutusega aine, mis on kantud direktiivi 2011/65/EL II lisa loetellu.

(4) Komisjon sai 26. aprillil 2021 direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõike 3 kohase taotluse kanda kõnealuse direktiivi IV lisa loetellu erand elavhõbeda kasutamiseks kapillaarreomeetrite sulatusrõhuandurites temperatuuril üle 300 °C ja rõhul üle 1 000 baari (edaspidi „taotletud erand“).

(5) Kapillaarreomeetrites kasutatav rõhuandur koosneb elektrilistest komponentidest ja on elektriline mõõteseade, mis kuulub direktiivi 2011/65/EL kohaldamisalasse. Taotletud erandis kirjeldatud kapillaarreomeetrid kuuluvad direktiivi 2011/65/EL I lisa kategooriasse 9 „seire- ja kontrolliseadmed“.

(6) Eranditaotluse hindamisel, mis sisaldas tehnilist ja teaduslikku hindamisuuringut, ([2]) jõuti järeldusele, et elavhõbeda asendamine kapillaarreomeetrite sulatusrõhuandurites temperatuuril üle 300 °C ja rõhul üle 1 000 baari on praegu teaduslikult ja tehniliselt võimatu. Hindamine hõlmas direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõikega 7 nõutud konsulteerimist sidusrühmadega.

(7) Täidetud on üks direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõike 1 punktis a sätestatud asjakohastest tingimustest, nimelt see, et kõrvaldamine ja asendamine on teaduslikult või tehniliselt võimatu.

([1]) ELT L 174, 1.7.2011, lk 88.

([2]) Study to assess requests for two (-2-) exemptions, for mercury in pressure transducer and DEHP in a PVC base material, in Annex IV of Directive 2011/65/EU (Pack 25)

(8) Seega on asjakohane lisada taotletud erandi tegemiseks direktiivi 2011/65/EL IV lisasse taotlusega hõlmatud kasutusviisid, mis on seotud 9. kategooriasse kuuluvate elektri- ja elektroonikaseadmetega.

(9) Et järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/852 ([3]) kohaseid tulevasi elavhõbedat sisaldavate toodete piiranguid, on vaja kehtestada erandile piiratud kehtivusaeg kuni 31. detsembrini 2025. See ajavahemik on kehtestatud vastavalt direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõike 2 esimesele lõigule.

(10) Seepärast tuleks direktiivi 2011/65/EL vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2011/65/EL IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. jaanuariks 2024. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. veebruarist 2024.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas.*

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 4. mai 2023

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

([3]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2017. aasta määrus (EL) 2017/852 elavhõbeda kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1102/2008 (ELT L 137, 24.5.2017, lk 1).

LISA

Direktiivi 2011/65/EL IV lisasse lisatakse kanne nr 49:

„49.	Elavhõbe kapillaarreomeetrite sulatusrõhuandurites temperatuuril üle 300 °C ja rõhul üle 1 000 baari	Kohaldatakse kategooria 9 suhtes; kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2025.“