IRÁNYELVEK

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1437 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

(2023. május 4.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a higany kapilláris reométerek olvadéknyomás-jelátalakítóiban, bizonyos feltételek mellett történő használatára vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre ([1]) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1) A 2011/65/EU irányelv előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy a forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések ne tartalmazzák az irányelv II. mellékletében felsorolt veszélyes anyagokat. Ez a korlátozás azonban nem vonatkozik az említett irányelv IV. mellékletében felsorolt egyes, mentességben részesülő alkalmazásokra.

(2) A 2011/65/EU irányelv hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések kategóriáit az említett irányelv I. melléklete sorolja fel.

(3) A higany a 2011/65/EU irányelv II. mellékletében felsorolt korlátozott anyag.

(4) A Bizottsághoz 2021. április 26-án a 2011/65/EU irányelv 5. cikke (3) bekezdésének megfelelően a szóban forgó irányelv IV. melléklete alóli mentesség iránti kérelem érkezett a higany kapilláris reométerek olvadéknyomás-jelátalakítóiban 300 °C feletti hőmérsékleten és 1 000 bar feletti nyomáson történő használatára vonatkozóan (a továbbiakban: kért mentesség).

(5) Az alkalmazott, kapilláris reométerekbe beépített olvadéknyomás-jelátalakító elektromos alkatrészekből áll, és a 2011/65/EU irányelv hatálya alá tartozó elektromos mérőeszköz. A kért mentességben leírt kapilláris reométerek a 2011/65/EU irányelv I. mellékletének 9. kategóriájába („felügyeleti és vezérlőeszközök”) tartoznak.

(6) A mentesség iránti kérelem értékelése – amely műszaki és tudományos értékelő tanulmányt ([2]) is magában foglalt – megállapította, hogy a kapilláris reométerek olvadéknyomás-jelátalakítóiban 300 °C feletti hőmérsékleten és 1 000 bar feletti nyomáson lévő higany helyettesítése jelenleg tudományosan és műszakilag kivitelezhetetlen. Az értékelés keretében a 2011/65/EU irányelv 5. cikkének (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően sor került az érdekelt felekkel folytatott konzultációkra.

(7) A 2011/65/EU irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott releváns feltételek egyike teljesül, nevezetesen, hogy a kivonás és helyettesítés tudományos vagy műszaki szempontból kivitelezhetetlen.

([1]) HL L 174., 2011.7.1., 88. o.

([2]) Study to assess requests for two (-2-) exemptions, for mercury in pressure transducer and DEHP in a PVC base material, in Annex IV of Directive 2011/65/EU (Pack 25) (Vizsgálat a 2011/65/EU irányelv IV. mellékletében szereplő, a nagynyomású jelátalakítóban lévő higanyra és a PVC-alapanyagban található DEHP-re vonatkozó két [-2-] mentesség iránti kérelem értékelésére [25. csomag])

(8) Ezért indokolt megadni a kért mentességet, és a 2011/65/EU irányelv IV. mellékletében feltüntetni a hatálya alá tartozó alkalmazásokat az elektromos és elektronikus berendezések 9. kategóriájában.

(9) A hozzáadott higanyt tartalmazó termékekre vonatkozó, az (EU) 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet ([3]) szerinti jövőbeli korlátozásoknak való megfelelés érdekében a mentesség érvényességi idejét 2025. december 31-ig kell korlátozni. Ezen időszak megállapítására a 2011/65/EU irányelv 5. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban került sor.

(10) A 2011/65/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2011/65/EU irányelv IV. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2024. január 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

A tagállamok a szóban forgó rendelkezéseket 2024. február 1-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 4-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

([3]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/852 rendelete (2017. május 17.) a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 137., 2017.5.24., 1. o.).

MELLÉKLET

A 2011/65/EU irányelv IV. melléklete az alábbi 49. bejegyzéssel egészül ki:

„49.	Kapilláris reométerek olvadéknyomás-jelátalakítóiban 300 °C feletti hőmérsékleten és 1 000 bar feletti nyomáson lévő higany.	A mentesség a 9. kategóriára vonatkozik, és 2025. december 31-én lejár.”