SMERNICE

DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2023/1437

zo 4. mája 2023,

ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku na používanie ortuti v prevodníkoch tlaku taveniny pre kapilárne reometre za určitých podmienok

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach ([1]), a najmä na jej článok 5 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1) Podľa smernice 2011/65/EÚ sú členské štáty povinné zabezpečiť, aby elektrické a elektronické zariadenia uvádzané na trh neobsahovali nebezpečné látky uvedené v prílohe II k danej smernici. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na niektoré vyňaté použitia uvedené v prílohe IV k uvedenej smernici.

(2) Kategórie elektrických a elektronických zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica 2011/65/EÚ, sú uvedené v prílohe I k danej smernici.

(3) Ortuť je obmedzovanou látkou uvedenou v prílohe II k smernici 2011/65/EÚ.

(4) Dňa 26. apríla 2021 bola Komisii doručená žiadosť v súlade s článkom 5 ods. 3 smernice 2011/65/EÚ o zaradenie výnimky týkajúcej sa používania ortuti v prevodníkoch tlaku taveniny pre kapilárne reometre pri teplotách nad 300 °C a tlaku nad 1 000 barov do zoznamu v prílohe IV k uvedenej smernici (ďalej len „požadovaná výnimka“).

(5) Použitý prevodník tlaku zabudovaný do kapilárnych reometrov pozostáva z elektrických komponentov a je elektrickým meracím zariadením v rozsahu pôsobnosti smernice 2011/65/EÚ. Kapilárne reometre opísané v požadovanej výnimke patria do kategórie 9 „monitorovacie a kontrolné prístroje“ prílohy I k smernici 2011/65/EÚ.

(6) V hodnotení žiadosti o výnimku, ktorá zahrňovala štúdiu technického a vedeckého hodnotenia ([2]), sa dospelo k záveru, že náhrada ortuti v prevodníkoch tlaku taveniny pre kapilárne reometre pri teplotách nad 300 °C a tlaku nad 1 000 barov je v súčasnosti vedecky a technicky neuskutočniteľná. Súčasťou hodnotenia boli konzultácie so zainteresovanými stranami v súlade s článkom 5 ods. 7 smernice 2011/65/EÚ.

(7) Jedna z príslušných podmienok uvedených v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 2011/65/EÚ je splnená, a síce, že odstránenie a nahradenie je z vedeckého alebo technického hľadiska neuskutočniteľné

([1]) Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88.

([2]) Study to assess requests for two (-2-) exemptions, for mercury in pressure transducer and DEHP in a PVC base material, in Annex IV of Directive 2011/65/EU (Pack 25) [Štúdia na posúdenie žiadostí o dve (-2-) výnimky týkajúce sa použitia ortuti v prevodníkoch tlaku a DEHP v základnom materiáli PVC v prílohe IV k smernici 2011/65/EÚ (balík 25)] .

(8) Preto je vhodné udeliť požadovanú výnimku zaradením použití, na ktoré sa vzťahuje, do prílohy IV k smernici 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o elektrické a elektronické zariadenia kategórie 9.

(9) Aby boli dodržané budúce obmedzenia týkajúce sa výrobkov s prídavkom ortuti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 ([3]), je potrebné obmedziť dobu platnosti výnimky do 31. decembra 2025. Doba platnosti je stanovená v súlade s článkom 5 ods. 2 prvým pododsekom smernice 2011/65/EÚ.

(10) Smernica 2011/65/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha IV k smernici 2011/65/EÚ sa mení v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1. Členské štáty najneskôr do 31. januára 2024 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení.

Uvedené ustanovenia uplatňujú od 1. februára 2024.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 4. mája 2023

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

([3]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 (Ú. v. EÚ L 137, 24.5.2017, s. 1).

PRÍLOHA

Do prílohy IV k smernici 2011/65/EÚ sa dopĺňa tento záznam 49:

„49	Ortuť v prevodníkoch tlaku taveniny pre kapilárne reometre pri teplotách nad 300 °C a tlaku nad 1 000 barov	Týka sa kategórie 9; platí do 31. decembra 2025.“