DIREKTIVE

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2023/1437

z dne 4. maja 2023

o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v pretvornikih tlaka taline za kapilarne reometre pod določenimi pogoji zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi ([1]) ter zlasti člena 5(1), točka (a), Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 2011/65/EU določa, da morajo države članice zagotoviti, da električna in elektronska oprema, dana na trg, ne vsebuje nevarnih snovi iz Priloge II k navedeni direktivi. Navedena omejitev se ne uporablja za nekatere izvzete uporabe, ki so navedene v Prilogi IV k navedeni Direktivi.

(2) Kategorije električne in elektronske opreme, za katere se uporablja Direktiva 2011/65/EU, so naštete v Prilogi I k navedeni direktivi.

(3) Živo srebro je omejena snov iz Priloge II k Direktivi 2011/65/EU.

(4) Komisija je 26. aprila 2021 prejela zahtevek, predložen v skladu s členom 5(3) Direktive 2011/65/EU, za izjemo, ki se navede v Prilogi IV k navedeni direktivi, glede uporabe živega srebra v pretvornikih tlaka taline za kapilarne reometre pri temperaturah nad 300 °C in tlakih nad 1 000 barov (v nadaljnjem besedilu: zahtevana izjema).

(5) Uporabljeni tlačni pretvornik, vgrajen v kapilarne reometre, vsebuje električne komponente in je električna merilna naprava, ki spada na področje uporabe Direktive 2011/65/EU. Kapilarni reometri, opisani v zahtevani izjemi, spadajo v kategorijo 9 „instrumenti za spremljanje in nadzor“ iz Priloge I k Direktivi 2011/65/EU.

(6) V oceni zahtevka za izjemo, ki je vključevala tehnično in znanstveno ocenjevalno študijo ([2]), je bilo ugotovljeno, da nadomestitev živega srebra v pretvornikih tlaka taline za kapilarne reometre pri temperaturah nad 300 °C in tlakih nad 1 000 barov trenutno znanstveno in tehnično ni izvedljiva. Ocena je vključevala posvetovanja z deležniki, kakor se zahteva v členu 5(7) Direktive 2011/65/EU.

(7) Izpolnjen je eden od ustreznih pogojev iz člena 5(1), točka (a), Direktive 2011/65/EU, in sicer, da odstranitev in nadomestitev znanstveno ali tehnično nista izvedljivi.

([1]) UL L 174, 1.7.2011, str. 88.

([2]) Študija za oceno zahtevkov za dve (2) izjemi, in sicer za živo srebro v tlačnih pretvornikih in DEHP v osnovnem materialu iz PVC iz Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU (sveženj 25)

(8) Zato je primerno odobriti zahtevano izjemo in vrste uporabe iz zahtevka glede električne in elektronske opreme kategorije 9 vključiti v Prilogo IV k Direktivi 2011/65/EU.

(9) Za uskladitev s prihodnjimi omejitvami za proizvode, ki vsebujejo dodano živo srebro, v skladu z Uredbo (EU) 2017/852 Evropskega parlamenta in Sveta ([3])je treba obdobje veljavnosti izjeme omejiti na 31. december 2025. Obdobje je določeno v skladu s členom 5(2), prvi pododstavek, Direktive 2011/65/EU.

(10) Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga IV k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1. Države članice do 31. januarja 2024 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov.

Navedene predpise uporabljajo od 1. februarja 2024.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice Komisiji sporočijo besedila bistvenih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. maja 2023

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

([3]) Uredba (EU) 2017/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o živem srebru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/2008 (UL L 137, 24.5.2017, str. 1).

PRILOGA

V Prilogi IV k Direktivi 2011/65/EU se doda naslednji vnos 49:

„49	Živo srebro v pretvornikih tlaka taline za kapilarne reometre pri temperaturah nad 300 °C in tlakih nad 1 000 barov.	Uporablja se za kategorijo 9 in preneha veljati 31. decembra 2025.“.