A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. május 20.)

a hasított sertések hollandiai osztályozási módszereinek engedélyezéséről

(az értesítés a C(2011) 3427. számú dokumentummal történt)

(Csak a holland nyelvű szöveg hiteles)

(2011/303/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) [1] és különösen annak 43. cikke m) pontjára, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1) Az 1234/2007/EK rendelet V. mellékletének B.IV.1. pontja értelmében a hasított sertések osztályozása céljából a színhústartalmat a Bizottság által engedélyezett osztályozási módszerekkel kell megbecsülni, amely módszerek kizárólag a hasított sertés egy vagy több anatómiai részén végzett fizikai méréseken alapuló, statisztikailag bizonyított becslési módszerek lehetnek. Az osztályozási módszerek engedélyezése a becslés során kapott statisztikai hibákkal szembeni felső tűréshatárnak való megfeleléstől függ. E tűréshatár meghatározását a szarvasmarhák, sertések és juhok közösségi minősítési rendszereinek alkalmazására és e termékek árának bejelentésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. december 10-i 1249/2008/EK bizottsági rendelet [2] 23. cikkének (3) bekezdése tartalmazza.

(2) A Bizottság a 2005/627/EK határozattal [3] két módszer használatát engedélyezte a hasított sertések hollandiai osztályozására vonatkozóan.

(3) Technikai kiigazítások miatt, valamint annak következtében, hogy az ivartalanított hím állatok közeljövőbeli várható hiányával összefüggésben előreláthatólag változni fog a hollandiai sertéspopuláció összetétele, Hollandia arra kérte a Bizottságot, hogy engedélyezze három, a hasított sertések osztályozására szolgáló módszernek az ország területén történő alkalmazását, és ennek érdekében az 1249/2008/EK rendelet 23. cikkének (4) bekezdésében előírt jegyzékben bemutatta boncolásos vizsgálatának részletes leírását, feltüntetve a módszerek alapjául szolgáló elveket, a boncolásos vizsgálat eredményeit és a színhús százalékos arányának becslésére szolgáló egyenleteket.

(4) A kérelem értékelése során megállapítást nyert, hogy a szóban forgó osztályozási módszerek engedélyezéséhez szükséges feltételek teljesülnek. Következésképpen ezen osztályozási módszerek Hollandiában való alkalmazását indokolt engedélyezni.

(5) A műszerek és az osztályozási módszerek nem módosíthatók, kivéve, ha ezt a Bizottság határozat útján kifejezetten engedélyezi.

(6) Az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében a 2005/627/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(7) Tekintettel az új műszerek és egyenletek bevezetéséhez kapcsolódó technikai szempontokra, a hasított sertések osztályozásának e határozattal engedélyezett módszerei 2011. október 3-tól alkalmazandók.

(8) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A következő módszerek alkalmazása kerül engedélyezésre a hasított sertéseknek az 1234/2007/EK rendelet V. mellékletének B.IV.1. pontja szerinti, Hollandiában történő osztályozására:

— a „Hennessy Grading Probe (HGP 7)" elnevezésű műszer és az ahhoz kapcsolódó becslési módszerek, amelyeket részletesebben a melléklet 1. része ismertet,

— a „Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM)" elnevezésű műszer és az ahhoz kapcsolódó becslési módszerek, amelyeket részletesebben a melléklet 2. része ismertet,

— a „CSB Image-Meater (CSB)" elnevezésű műszer és az ahhoz kapcsolódó becslési módszerek, amelyeket részletesebben a melléklet 3. része ismertet.

2. cikk

Az engedélyezett műszerek, illetve becslési módszerek nem módosíthatók, kivéve, ha ezt a Bizottság határozat útján kifejezetten engedélyezi.

3. cikk

A 2005/627/EK határozat hatályát veszti.

4. cikk

Ezt a határozatot 2011. október 3-tól kell alkalmazni.

[1] HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
[2] HL L 337., 2008.12.16., 3. o.
[3] HL L 224., 2005.8.30., 17. o.

5. cikk

Ennek a határozatnak a Holland Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2011. május 20-án.

a Bizottság részéről
Dacian CIOLOȘ
a Bizottság tagja

MELLÉKLET

A HASÍTOTT SERTÉSEK HOLLANDIAI OSZTÁLYOZÁSI MÓDSZEREI

1. RÉSZ

Hennessy Grading Probe (HGP 7)

1. Az ebben a részben előírt szabályok akkor alkalmazandók, ha a hasított sertések osztályozása a „Hennessy grading probe (HGP 7)" elnevezésű műszer használatával történik.

2. A műszer egy fotodiódával (LYU 260-EO típusú Siemens LED és 58 MR típusú fotodetektor) ellátott, 5,95 mm (és a szonda végének valamelyik oldalán elhelyezkedő pengénél 6,3 mm) átmérőjű szondával van felszerelve, amelynek működési tartománya 0–120 mm közötti. A mért értékeket magával a HGP 7 műszerrel és egy ahhoz kapcsolt számítógéppel kell átszámítani a színhústartalom becsült értékére.

3. A hasított test színhústartalmát a következő képlet alapján kell kiszámítani:

$$LMP = 65{,}92 - 0{,}6337 * Szalonna + 0{,}0446 * Izom$$

ahol:

LMP = a hasított test becsült százalékos színhústartalma,

Szalonna = a szalonna HGP 7-tel mért vastagsága (bőrrel együtt) milliméterben, az utolsó bordától számított harmadik és negyedik borda között, a test középvonalától 6 centiméterre mérve,

Izom = az izom HGP 7-tel mért vastagsága (bőrrel együtt) milliméterben, a *Szalonna* mérésével azonos időben és helyen mérve.

A képlet a 73,5–107,5 kg tömegű hasított testekre érvényes.

2. RÉSZ

Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM)

1. Az ebben a részben előírt szabályok akkor alkalmazandók, ha a hasított sertések osztályozása a „Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM)" elnevezésű műszer használatával történik.

2. A műszer nagy felbontóképességű, 8 mm átmérőjű Sydel-szondával, infravörös fényt kibocsátó (Honeywell típusú) diódával és két (Honeywell típusú) fényérzékelővel van felszerelve. Működési tartománya 0 mm-től 95 mm-ig terjed.

A mért értékeket maga a CGM-műszer számítja át a színhústartalom becsült értékére.

3. A hasított test színhústartalmát a következő képlet alapján kell kiszámítani:

$$LMP = 66{,}86 - 0{,}6549 * Szalonna + 0{,}0207 * Izom$$

ahol:

LMP = a hasított test becsült százalékos színhústartalma,

Szalonna = a szalonna CGM-mel mért vastagsága (bőrrel együtt) milliméterben, az utolsó bordától számított harmadik és negyedik borda között, a test középvonalától 6 centiméterre mérve,

Izom = az izom CGM-mel mért vastagsága (bőrrel együtt) milliméterben, a *Szalonna* mérésével azonos időben és helyen mérve.

A képlet a 73,5–107,5 kg tömegű hasított testekre érvényes.

3. RÉSZ

CSB Image-Meater (CSB)

1. Az ebben a részben előírt szabályok akkor alkalmazandók, ha a hasított sertések osztályozása a „CSB Image-Meater" elnevezésű műszer használatával történik.

2. A CSB Image-Meater alkotórészei a következők: egy videokamera, egy képanalizáló kártyával ellátott személyi számítógép, egy képernyő, egy nyomtató, egy vezérlő mechanizmus, egy osztályozási mechanizmus és interfészek. Az Image-Meater valamennyi (összesen 16) változóját a hasítás vonalánál mérik, a sonka *(M. gluteus medius)* körül:

A mért értékeket számítógép segítségével át kell számítani a színhústartalom százalékos becsült értékére.

3. A hasított test színhústartalmát a következő képlet alapján kell kiszámítani:

$$LMP = 65{,}2212 - 0{,}2741\ S + 0{,}0160\ F - 0{,}0302\ ML - 0{,}2648\ MS + 0{,}0831\ MF - 0{,}1002\ WL - 0{,}0509\ WaS + 0{,}0172\ WaF - 0{,}0169\ WbS + 0{,}0006\ WbF + 0{,}0341\ WcS - 0{,}0097\ WcF + 0{,}0223\ WdS - 0{,}0008\ WdF + 0{,}0132\ ES - 0{,}0124\ IS,$$

ahol a CSB-vel a hasítás vonalánál mért 16 objektív érték a következő:

LMP = a hasított test becsült százalékos színhústartalma,

S = szalonnavastagság, a legkisebb szalonnavastagság a *musculus gluteus medius* (középső farizom) fölött mérve (mm),

F = izomvastagság, a legkisebb izomvastagság a *musculus gluteus medius* elülső vége és a gerinccsatorna háti része között (mm),

ML = a *musculus gluteus medius* hossza (mm),

MS = átlagos szalonnavastagság a *musculus gluteus medius* alatt (mm),

MF = a színhús átlagos vastagsága a *musculus gluteus medius* alatt (mm),

WL = a csigolyák átlagos hossza a porckorongokkal együtt (mm),

Wa,b,c,dS = a szalonna átlagos vastagsága az első mért csigolya (a) és három másik csigolya (b, c és d) alatt (mm),

Wa,b,c,dF = a színhús átlagos vastagsága az első mért csigolya (a) és három másik csigolya (b, c és d) alatt (mm),

ES = átlagos külső szalonnavastagság a négy mért csigolya felett (mm),

IS = átlagos belső szalonnavastagság a négy mért csigolya felett (mm),

4. A mérési pontok leírása a Hollandia által a Bizottsághoz az 1249/2008/EK rendelet 23. cikkének (4) bekezdésével összhangban benyújtott jegyzék II. részében található.

A képlet a 73,5–107,5 kg tömegű hasított testekre érvényes.