ISPRAVCI

Ispravak Direktive 2014/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje mjernih instrumenata na tržištu

(Službeni list Europske unije L 96 od 29. ožujka 2014.)

1. Stranica 163., članak 30. stavak 1.:

umjesto: „1. Akreditirano interno tijelo može se koristiti za provođenje aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti za poduzeće kojeg je dio u svrhu provođenja postupaka određenih u Prilogu II. točki 2. (Modul A2) i točki 5. (Modul C2). To tijelo čini odvojen i različit dio poduzeća i ne sudjeluje u oblikovanju, proizvodnji, opskrbi, postavljanju, uporabi ili održavanju mjernih instrumenata koje ocjenjuje.";

treba stajati: „1. Akreditirano interno tijelo može se koristiti za provođenje aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti za poduzeće kojeg je dio u svrhu provođenja postupaka određenih u Modulu A2 i Modulu C2 Priloga II. To tijelo čini odvojen i različit dio poduzeća i ne sudjeluje u oblikovanju, proizvodnji, opskrbi, postavljanju, uporabi ili održavanju mjernih instrumenata koje ocjenjuje."

2. Stranica 206., Prilog IV. dio I. točka 4.1.:

umjesto: „4.1. Razred 1,5 metara";

treba stajati: „4.1. Plinomjeri razreda 1,5".

3. Stranica 207., Prilog IV. dio I. točka 4.2.:

umjesto: „4.2. Razred 1,0 metara";

treba stajati: „4.2. Plinomjeri razreda 1,0".

4. Stranica 208., Prilog IV. dio III. točka 10. podtočke (a) i (b):

umjesto: „10. (a) Kada država članica zatraži mjerenje uporabe za potrebe kućanstava, dopušta izvođenje takvog mjerenja pomoću bilo kojeg plinomjera razreda 1,5 metra i razreda 1,0 metara koji ima omjer Q_{max}/Q_{min} jednak ili veći od 150.

(b) Kada država članica naloži mjerenje za komercijalne svrhe i/ili za potrebe lake industrije, dopušta izvođenje takvog mjerenja pomoću plinomjera razreda 1,5 metra.";

treba stajati: „10. (a) Kada država članica naloži mjerenje uporabe za potrebe kućanstava, dopušta izvođenje takvog mjerenja pomoću bilo kojeg plinomjera razreda 1,5 i pomoću plinomjera razreda 1,0 koji imaju omjer Q_{max}/Q_{min} jednak ili veći od 150.

(b) Kada država članica naloži mjerenje za komercijalne svrhe i/ili za potrebe lake industrije, dopušta izvođenje takvog mjerenja pomoću bilo kojeg plinomjera razreda 1,5."

5. Stranica 215., Prilog VI. točka 7.5., tablica, drugi stupac, šesti red:

umjesto: „Identifikacija tipa (npr. P_t 100)";

treba stajati: „Identifikacija tipa (npr. Pt100)".