# PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1170

## od 26. lipnja 2017.

## o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije ([1]), a posebno njezin članak 57. stavak 4. i članak 58. stavak 2.,

budući da:

(1) Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 ([2]) potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2) Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila o tumačenju kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvodi daljnja podjela te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije radi primjene tarifnih i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3) U skladu s navedenim općim pravilima robu opisanu u stupcu (1) tablice u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi na temelju obrazloženja navedenog u stupcu (3) razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca (2).

(4) Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 osoba kojoj su dane obvezujuće tarifne informacije za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, može nastaviti navoditi te informacije tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

*Članak 1.*

Roba iz stupca (1) tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca (2) te tablice.

*Članak 2.*

U skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

*Članak 3.*

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

([1]) SL L 269, 10.10.2013., str. 1.
([2]) Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. lipnja 2017.

*Za Komisiju,*
*u ime predsjednika,*
Stephen QUEST
*Glavni direktor*
*Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju*

*PRILOG*

| Opis robe | Razvrstavanje (oznaka KN) | Obrazloženje |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Kompaktni aparat s baterijskim napajanjem koji se stavlja na vrh prsta (tzv. „pulsni oksimetar") s elektroničkim procesorom, dvije svjetlosne diode (LED), fotodiodom i LED zaslonom (s više načina prikaza) u jednoj jedinici. Opremljen je i pokazivačem istrošenosti baterije, alarmom u slučaju prevelike ili preniske brzine otkucaja srca ili razine kisika u krvi i „kvačicom" za stavljanje na prst.<br>Upotrebljava se kao neinvazivno sredstvo praćenja zasićenosti kisikom i mjerenja brzine otkucaja srca na temelju optičkog zračenja. Nakon što se aparat stavi na prst, LED diode kroz prst emitiraju svjetlo dviju različitih valnih duljina koje udara u fotodiodu. Na fotodiodi se mjeri različita apsorpcija za svaku valnu duljinu i na temelju toga se utvrđuju/izračunavaju zasićenost kisikom i brzina otkucaja srca.<br>Aparat je moguće primjenjivati za profesionalne medicinske potrebe te za potrebe istraživanja, u sportu, za poslovne potrebe itd. (primjerice u barokomorama, u alpinizmu pri atmosferi s niskim razinama kisika, dubinskom ronjenju; koristiti ga mogu i piloti, vatrogasci, astronauti itd.)<br>Vidjeti sliku (*). | 9018 19 10 | Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1 i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature i nazivom oznaka KN 9018, 9018 19 i 9018 19 10.<br>Aparat je obuhvaćen tarifnim brojem 9018 koji uključuje široki raspon instrumenata i uređaja koji se uglavnom upotrebljavaju za profesionalne potrebe pri sprječavanju bolesti ili liječenju, za operativne zahvate itd. Instrumenti i aparati razvrstani u taj tarifni broj mogu biti opremljeni optičkim uređajima te mogu upotrebljavati električnu energiju (vidjeti i Objašnjenja harmoniziranog sustava za tarifni broj 9018). Iako ovaj tip aparata mogu upotrebljavati i neprofesionalci, vrste je koja se upotrebljava u medicini i njime se pružaju informacije o „vitalnim tjelesnim funkcijama" koje možda trebaju analizirati stručne osobe.<br>Stoga je isključeno razvrstavanje u tarifni broj 9027 kao instrumenata i aparata za fizikalne ili kemijske analize primjenom optičkog zračenja.<br>Aparat je stoga razvrstan u oznaku KN 9018 19 10 među instrumente i aparate koji se upotrebljavaju u medicini, to jest aparate za istovremeno praćenje dvaju ili više parametara. |

(*) Slika je samo informativne naravi.

