Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2024/3122

17.12.2024.

# KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2024/3122

**(2024. gada 16. decembris),**

**ar kuru saskanīgi ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/573 piešķir atbrīvojumu, ar ko atļauj fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kuru GSP ir 150 vai lielāks, izmantot asins transportēšanas kastēs un asins plazmas kontaktšoka saldētājos**

**(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/573 (2024. gada 7. februāris) par fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm, ar kuru groza Direktīvu (ES) 2019/1937 un atceļ Regulu (ES) Nr. 517/2014 ([1]), un jo īpaši tās 11. panta 5. punktu,

tā kā:

(1) Regulas (ES) 2024/573 IV pielikuma 4. punkts no 2025. gada 1. janvāra aizliedz laist tirgū autonomās dzesēšanas iekārtas, izņemot dzesinātājus, kas satur fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kuru GSP ir 150 vai lielāks, izņemot ja darbības vietā tas vajadzīgs drošības dēļ.

(2) Luksemburgas kompetentās iestādes saskanīgi ar Regulas (ES) 2024/573 11. panta 5. punktu 2024. gada 14. oktobrī Komisijai iesniedza pieprasījumu piešķirt atbrīvojumu, ar kuru atļauj Savienības tirgū laist Regulas (ES) 2024/573 IV pielikuma 4. punkta darbības jomā ietilpstošas asins transportēšanas kastes un asins plazmas kontaktšoka saldētājus.

(3) Asins transportēšanas kastes ir vienotas sistēmas, ko izmanto asins savākšanai, uzglabāšanai un piegādei. Asinis vai asins komponenti aizsargājošā un stabilā 2–6° C temperatūrā vai trombocītu komponenti 20–24 °C temperatūrā šajās kastēs glabājas, līdz tie ir gatavi lietošanai. Asins plazmas kontaktšoka saldētāji ir ierīces, ko izmanto, lai asins plazmu ātri sasaldētu līdz –30 °C iekšējai temperatūrai.

(4) Atbrīvojuma pieprasījumā teikts, ka patlaban asins transportēšanas kastēs un asins plazmas kontaktšoka saldētājos nevar iztikt bez fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kuru GSP pārsniedz 150, un ka tādu iekārtu izstrāde, kurās alternatīvas vielas var izmantot, neapdraudot drošību, met daudzus tehniskus izaicinājumus. Lai, veicinot pāreju uz aukstumaģentiem, kuru GSP vērtība ir mazāka par 150, gādātu par alternatīvu izmantošanas drošumu, izdarītu vajadzīgās konstruktīvās izmaiņas un izmaksas noturētu samērīgā līmenī, ir vajadzīgs laiks. Turklāt, ja šādu iekārtu ražotāji vairs nevarētu tās piegādāt, tirgū pastāvētu produkcijas nepieejamības risks. Ja atbrīvojuma nebūs, saskaņā ar Regulas (ES) 2024/573 22. panta 3. punktu šādas iekārtas no 2025. gada 12. marta nedrīkstēs arī eksportēt.

(5) Atbrīvojuma pieprasījumā lūgts divus gadus ilgs pagarinājums, kura laikā tirgū laišanas aizliegumu nepiemērotu un kurš ļautu pabeigt jaunu, prasībām atbilstošu iekārtu izstrādi un testēšanu un nodrošināt tādu kritiski svarīgu asins pagatavojumu piegādes nepārtrauktību, kas ir neaizstājami daudzās steidzamās un vitāli svarīgās medicīniskās intervencēs.

(6) Komisija atbrīvojuma pieprasījumu ir novērtējusi un uzskata, ka Regulas (ES) 2024/573 11. panta 5. punkta a) un b) apakšpunkta nosacījumi ir izpildīti. Turklāt Komisija uzskata, ka šādos ārkārtējos apstākļos, lai nepieļautu tirgus iztraucējumus pirmās nepieciešamības iekārtu piegādē, būtu jādod pietiekami daudz laika. Komisija uzskata, ka šajā izņēmuma gadījumā divus gadus ilgs periods būtu pamatots.

([1]) OV L, 2024/573, 20.2.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(7) Aizliegums atbrīvojumā minētās iekārtas laist Savienības tirgū ir piemērojams no 2025. gada 1. janvāra, tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

(8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (ES) 2024/573 34. panta 1. punktu izveidotā komiteja fluorēto siltumnīcefekta gāzu jautājumos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

*1. pants*

Atkāpjoties no Regulas (ES) 2024/573 IV pielikuma 4. punkta, asins transportēšanas kastes un asins plazmas kontaktšoka saldētājus, kas satur fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kuru GSP ir 150 vai lielāks, un kas ir marķēti saskanīgi ar Regulas (ES) 2024/573 12. panta 2. punktu, ir atļauts laist tirgū no 2025. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim.

*2. pants*

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no 2025. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2024. gada 16. decembrī

*Komisijas vārdā –*
*priekšsēdētāja*
Ursula VON DER LEYEN