2024/2729

23.10.2024 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/2729 НА КОМИСИЯТА

от 22 октомври 2024 година

за допускане на освобождаване съгласно Регламент (ЕС) 2024/573 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на флуорсъдържащи парникови газове в някои изделия за симулация на условията на околната среда, лабораторно оборудване за изсушаване чрез пулверизационно сушене или замразяване и лабораторни центрофуги

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2024/573 на Европейския парламент и на Съвета от 7 февруари 2024 г. за флуорсъдържащите парникови газове, за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 517/2014 ([1]), и по-специално член 11, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1) с точка 4 от приложение IV към Регламент (ЕС) 2024/573 се забранява пускането на пазара на автономно хладилно оборудване, с изключение на охладители, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ от 150 или повече, считано от 1 януари 2025 г., освен ако не е необходимо за спазване на изискванията за безопасност на мястото на експлоатация.

(2) В съответствие с член 11, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2024/573 на 29 май 2024 г. компетентният орган на Германия подаде до Комисията искане за допускане на освобождаване, с което се разрешава пускането на пазара на Съюза на три вида оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове като хладилен агент, които попадат в обхвата на точка 4 от приложение IV към Регламент (ЕС) 2024/573, а именно: i) изделия за симулация на условията на околната среда за температури на прилагане под −50 °C; ii) лабораторно оборудване за изсушаване чрез пулверизационно сушене или замразяване; и iii) лабораторни центрофуги.

(3) Видовете оборудване, посочени в искането за освобождаване, са следните: i) изделия за симулация на условията на околната среда, състоящи се от изпитвателна камера, използвана за възпроизвеждане на различни условия на околната среда, например зависещи от времето температура и влажност, за приложения под −50 °C; ii) лабораторно оборудване за изсушаване на течни проби чрез пулверизационно сушене или замразяване; и iii) лабораторни центрофуги, които са оборудване за отделяне в бързо въртящ се контейнер на твърди вещества от течности или за разделяне на флуиди с различна плътност.

(4) В искането за освобождаване се посочва, че понастоящем на пазара на Съюза няма оборудване от посочените видове, което използва флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ от 150 или по-малко. Поради опасения във връзка с безопасността такова оборудване понастоящем разчита на незапалими хладилни агенти (с ПГЗ, равен на 150 или повече). Разработването и сертифицирането на оборудване, което може да използва алтернативни вещества, изисква повече време поради сложността на продукта и промените в проекта, необходими за приспособяване на хладилните агенти с ПГЗ под 150, като същевременно се обръща внимание на опасенията във връзка с безопасността. За да се гарантира, че алтернативните решения ще се използват безопасно и за да се задържат разходите на пропорционално равнище, е необходимо време за улесняване на преминаването към хладилни агенти със стойност на ПГЗ под 150. Освен това, ако от производителите се изисква да променят продуктовото си портфолио за много кратък период от време, те рискуват да бъдат принудени да спрат пускането на пазара и износа на такова основно оборудване. В искането за освобождаване се изисква да бъде даден максималният срок, разрешен съгласно член 11, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2024/573, поради сложността на прехода към алтернативни хладилни агенти за такива видове оборудване.

(5) Комисията направи оценка на искането, подадено от компетентния орган на Германия, и смята, че условията, посочени в член 11, параграф 5, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 2024/573, са изпълнени. Комисията също така смята, че при такива извънредни обстоятелства следва да се предостави достатъчно време, за да се избегнат смущения на пазара при доставките на такова основно оборудване. Становището на Комисията е, че в този изключителен случай би бил оправдан допълнителен период от 4 години.

([1]) ОВ L, 2024/573, 20.2.2024 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(6) Като се има предвид, че забраната за пускане на пазара на Съюза на вида оборудване, посочено в освобождаването, се прилага от 1 януари 2025 г., поради ограничения във времето настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

(7) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета по флуорсъдържащите парникови газове, създаден съгласно член 34, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2024/573,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Чрез дерогация от точка 4 от приложение IV към Регламент (ЕС) 2024/573 пускането на пазара на следното оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ, равен на 150 или повече, се разрешава от 1 януари 2025 г. до 31 декември 2028 г., при условие че то е етикетирано съгласно член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2024/573:

а) изделия за симулация на условията на околната среда, състоящи се от изпитвателна камера, използвана за възпроизвеждане на различни условия на околната среда, например зависещи от времето температура и влажност, за приложения под −50 °C;

б) лабораторно оборудване за изсушаване на течни проби чрез пулверизационно сушене или замразяване;

в) и лабораторни центрофуги, които са оборудване за отделяне в бързо въртящ се контейнер на твърди вещества от течности или за разделяне на флуиди с различна плътност.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 октомври 2024 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN