2024/2729

23.10.2024

# PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/2729

## ze dne 22. října 2024,

## kterým se povoluje výjimka podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/573, pokud jde o použití fluorovaných skleníkových plynů v některých zařízeních pro simulaci životního prostředí, laboratorních zařízeních pro sprejové sušení nebo mrazové sušení a v laboratorních odstředivkách

**(Text s významem pro EHP)**

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/573 ze dne 7. února 2024 o fluorovaných skleníkových plynech, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o zrušení nařízení (EU) č. 517/2014 ([1]), a zejména na čl. 11 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha IV bod 4 nařízení (EU) 2024/573 zakazuje od 1. ledna 2025 uvádět na trh samostatná chladicí zařízení, s výjimkou chladičů kapalin, která obsahují fluorované skleníkové plyny s GWP nejméně 150, kromě případů, kdy je to nezbytné pro splnění bezpečnostních požadavků v místě provozu.

(2) Podle čl. 11 odst. 5 nařízení (EU) 2024/573 předložil příslušný německý orgán dne 29. května 2024 Komisi žádost o povolení výjimky umožňující uvést na trh Unie tři typy zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny jako chladivo, které spadají do oblasti působnosti přílohy IV bodu 4 nařízení (EU) 2024/573, a sice: i) zařízení pro simulaci životního prostředí pro aplikační teploty nižší než −50 °C; ii) laboratorní zařízení pro sprejové sušení nebo mrazové sušení a iii) laboratorní odstředivky.

(3) Typy zařízení uvedené v žádosti o výjimku jsou tyto: i) zařízení pro simulaci životního prostředí sestávající ze zkušební komory používané k reprodukci různých environmentálních podmínek, např. časově závislé teploty a vlhkosti, pro aplikace pod −50 °C; ii) laboratorní zařízení používané k sušení tekutých vzorků sprejovým sušením nebo mrazovým sušením a iii) laboratorní odstředivky, což jsou zařízení oddělující kapaliny různých hustot nebo kapaliny od pevných látek v rychle se otáčející nádobě.

(4) V žádosti o výjimku se uvádí, že v současné době na trhu Unie neexistují žádná zařízení uvedených typů, která používají fluorované skleníkové plyny s GWP nejvýše 150. Z bezpečnostních důvodů tato zařízení v současné době závisí na nehořlavých chladivech (s GWP nejméně 150). Vývoj a certifikace zařízení, která mohou používat alternativní látky, vyžaduje více času vzhledem ke složitosti výrobku a změnám v návrhu, které jsou zapotřebí k tomu, aby bylo možné přizpůsobit se chladivům s GWP nižším než 150 a zároveň řešit otázky týkající se bezpečnosti. Aby se zajistilo bezpečné používání alternativ a aby se náklady udržely na přiměřené úrovni, je zapotřebí času, aby se usnadnil přechod na chladiva s hodnotou GWP nižší než 150. Kromě toho, pokud by výrobci byli povinni změnit své portfolio výrobků ve velmi krátké době, hrozilo by, že budou nuceni zastavit uvádění těchto základních zařízení na trh a jejich vývoz. Vzhledem ke složitosti přechodu na alternativní chladiva pro tyto typy zařízení požaduje žádost o výjimku maximální dobu povolenou podle čl. 11 odst. 5 nařízení (EU) 2024/573.

(5) Komise posoudila žádost předloženou příslušným německým orgánem a domnívá se, že podmínky stanovené v čl. 11 odst. 5 písm. a) a b) nařízení (EU) 2024/573 jsou splněny. Komise se rovněž domnívá, že za těchto výjimečných okolností by měl být poskytnut dostatek času, aby se zabránilo narušení trhu s dodávkami těchto základních zařízení. Komise se domnívá, že dodatečné období čtyř let by bylo v tomto výjimečném případě odůvodněné.

([1]) Úř. věst. L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(6) Vzhledem k tomu, že zákaz uvádění typu zařízení uvedeného ve výjimce na trh Unie se z důvodu časových omezení použije ode dne 1. ledna 2025, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

(7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro fluorované skleníkové plyny zřízeného čl. 34 odst. 1 nařízení (EU) 2024/573,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

*Článek 1*

Odchylně od přílohy IV bodu 4 nařízení (EU) 2024/573 je od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2028 povoleno uvádět na trh následující zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny s GWP nejméně 150, pokud jsou označena podle čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2024/573:

a) zařízení pro simulaci životního prostředí sestávající ze zkušební komory používané k reprodukci různých environmentálních podmínek, např. časově závislé teploty a vlhkosti, pro aplikace pod −50 °C;

b) laboratorní sušící zařízení používaná k sušení tekutých vzorků sprejovým sušením nebo mrazovým sušením;

c) laboratorní odstředivky používané k oddělování kapalin různých hustot nebo kapalin od pevných látek v rychle se otáčející nádobě.

*Článek 2*

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. října 2024.

*Za Komisi*
*předsedkyně*
Ursula VON DER LEYEN