Euroopa Liidu
Teataja

ET
L-seeria

2024/2729

23.10.2024

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2024/2729,

22. oktoober 2024,

millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2024/573 teha erand fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamiseks teatavates keskkonnasimulatsiooniseadmetes, labori pihustuskuivatus- või külmkuivatusseadmetes ning laboritsentrifuugides

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. veebruari 2024. aasta määrust (EL) 2024/573, milles käsitletakse fluoritud kasvuhoonegaase ning millega muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 517/2014, ([1]) eriti selle artikli 11 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EL) 2024/573 IV lisa punktiga 4 on alates 1. jaanuarist 2025 keelatud lasta turule autonoomseid külmutusseadmeid (välja arvatud jahutid), mis sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase, mille globaalse soojendamise potentsiaal on 150 või enam, välja arvatud juhul, kui see on vajalik käitamiskohas ohutusnõuete järgimiseks.

(2) Saksamaa pädev asutus esitas 29. mail 2024 komisjonile määruse (EL) 2024/573 artikli 11 lõike 5 kohase taotluse teha erand, millega lubatakse lasta liidu turule kolme tüüpi seadmeid, mis sisaldavad külmaainena fluoritud kasvuhoonegaase ja mis kuuluvad määruse (EL) 2024/573 IV lisa punkti 4 kohaldamisalasse, nimelt: i) keskkonnasimulatsiooniseadmed, mis on ette nähtud rakendustele temperatuuriga alla −50 °C; ii) labori pihustuskuivatus- või külmkuivatusseadmed; ja iii) laboritsentrifuugid.

(3) Eranditaotluses osutatud seadmete tüübid on järgmised: i) keskkonnasimulatsiooniseadmed, mille koostises on katsekamber, mida kasutatakse mitmesuguste keskkonnatingimuste (nt ajas sõltuv temperatuur ja niiskus) jäljendamiseks rakendustes temperatuuriga alla −50 °C; ii) laboriseadmed, mida kasutatakse vedelate proovide kuivatamiseks pihustuskuivatamise või külm–kuivatamise teel; ning iii) laboritsentrifuugid, mis on seadmed erineva tihedusega vedelike eraldamiseks või vedelike eraldamiseks tahketest ainetest kiiresti pöörlevas mahutis.

(4) Eranditaotluses märgitakse, et praegu ei ole liidu turul ühtegi nimetatud tüüpi seadet, mis kasutaks selliseid fluoritud kasvuhoonegaase, mille globaalse soojendamise potentsiaal on 150 või väiksem. Ohutusprobleemide tõttu kasutatakse sellistes seadmetes praegu mittesüttivaid külmaaineid, mille globaalse soojendamise potentsiaal on 150 või suurem. Selliste seadmete väljatöötamine ja sertifitseerimine, milles saab kasutada alternatiivseid aineid, võtab rohkem aega, kuna toode on keerukas ja kuna konstruktsioonis tehakse muudatusi, mis on vajalikud selliste külmaainete kasutuselevõtuks, mille globaalse soojendamise potentsiaal on alla 150, kusjuures võetakse arvesse ka ohutusprobleeme. Selleks et tagada alternatiivsete ainete ohutu kasutamine ja hoida kulud proportsionaalsel tasemel, on vaja aega, et hõlbustada üleminekut külmaainetele, mille globaalse soojendamise potentsiaal on alla 150. Kui tootjad peavad oma tooteportfelli väga lühikese aja jooksul muutma, võivad nad olla sunnitud selliste oluliste seadmete turulelaskmise ja ekspordi lõpetama. Eranditaotluses taotletakse maksimaalset määruse (EL) 2024/573 artikli 11 lõike 5 kohaselt lubatud ajavahemikku, kuna selliste seadmete puhul on üleminek alternatiivsetele külmaainetele keeruline.

(5) Komisjon hindas Saksamaa pädeva asutuse esitatud taotlust ja leiab, et määruse (EL) 2024/573 artikli 11 lõike 5 punktides a ja b esitatud tingimused on täidetud. Samuti leiab komisjon, et sellistel erandlikel asjaoludel tuleks anda piisavalt aega, et ära hoida turuhäireid selliste oluliste seadmete tarnimisel. Komisjon leiab, et kõnealusel erandjuhul oleks täiendav nelja-aastane ajavahemik põhjendatud.

([1]) ELT L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(6) Võttes arvesse, et erandis osutatud tüüpi seadmete liidu turule laskmise keeldu kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2025, peaks käesolev määrus ajapiirangute tõttu jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

(7) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2024/573 artikli 34 lõike 1 kohaselt asutatud fluoritud kasvuhoonegaaside komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erandina määruse (EL) 2024/573 IV lisa punktist 4 on alates 1. jaanuarist 2025 kuni 31. detsembrini 2028 lubatud turule lasta järgmisi seadmeid, mis sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase, mille globaalse soojendamise potentsiaal on 150 või enam, tingimusel et need on märgistatud vastavalt määruse (EL) 2024/573 artikli 12 lõikele 2:

a) keskkonnasimulatsiooniseadmed, mille koostises on katsekamber, mida kasutatakse mitmesuguste keskkonnatingimuste (nt ajas sõltuv temperatuur ja niiskus) jäljendamiseks rakendustes temperatuuriga alla −50 °C;

b) labori kuivatusseadmed, mida kasutatakse vedelate proovide kuivatamiseks pihustuskuivatamise või külmkuivatamise teel;

c) laboritsentrifuugid, mida kasutatakse erineva tihedusega vedelike eraldamiseks või vedelike eraldamiseks tahketest ainetest kiiresti pöörlevas mahutis.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. oktoober 2024

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN