Euroopan unionin
virallinen lehti

FI
L-sarja

2024/2729

23.10.2024

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2024/2729,

annettu 22 päivänä lokakuuta 2024,

poikkeuksen myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2024/573 nojalla siltä osin kuin on kyse fluorattujen kasvihuonekaasujen käytöstä tietyissä ympäristösimulointilaitteissa, laboratoriossa käytettävissä sumutuskuivaus- tai pakastekuivauslaitteissa ja laboratoriosentrifugeissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon fluoratuista kasvihuonekaasuista, direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 517/2014 kumoamisesta 7 päivänä helmikuuta 2024 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2024/573 ([1]) sekä erityisesti sen 11 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EU) 2024/573 liitteessä IV olevassa 4 kohdassa kielletään 1 päivästä tammikuuta 2025 alkaen sellaisten itsenäisten jäähdytyslaitteiden, nesteenjäähdyttimiä lukuun ottamatta, saattaminen markkinoille, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden GWP on vähintään 150, paitsi jos käyttö on välttämätöntä turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi toimintapaikassa.

(2) Saksan toimivaltainen viranomainen toimitti 29 päivänä toukokuuta 2024 komissiolle asetuksen (EU) 2024/573 11 artiklan 5 kohdan nojalla pyynnön poikkeuksen sallimisesta, jotta unionin markkinoille voidaan saattaa asetuksen (EU) 2024/573 liitteessä IV olevan 4 kohdan soveltamisalaan kuuluvia kolmea laitetyyppiä, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja kylmäaineena ja jotka ovat: i) ympäristösimulointilaitteet, jotka on tarkoitettu alle −50 °C:n käyttölämpötiloihin; ii) laboratoriossa käytettävät sumutuskuivaus- tai pakastekuivauslaitteet; ja iii) laboratoriosentrifugit.

(3) Poikkeuspyynnössä tarkoitetut laitetyypit ovat seuraavat: i) ympäristösimulointilaitteet, joissa on erilaisten ympäristöolosuhteiden, kuten aikasidonnaisen lämpötilan ja kosteuden, jäljittelemiseen käytettävä testauskammio ja jotka on tarkoitettu alle −50 °C:n käyttölämpötiloihin; ii) laboratoriolaitteet, joita käytetään nestemäisten näytteiden kuivaamiseen sumutuskuivaamalla tai pakastekuivaamalla; ja iii) laboratoriosentrifugit eli laitteet, joilla erotellaan tiheydeltään erilaisia nesteitä toisistaan tai nesteitä kiinteistä aineista nopeasti pyörivässä säiliössä.

(4) Poikkeuspyynnössä todetaan, että tällä hetkellä unionin markkinoilla ei ole edellä mainittujen tyyppisiä laitteita, joissa käytetään fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden GWP on enintään 150. Turvallisuussyistä tällaisissa laitteissa käytetään tällä hetkellä syttymättömiä kylmäaineita (joiden GWP on vähintään 150). Sellaisten laitteiden kehittäminen ja sertifiointi, joissa voidaan käyttää vaihtoehtoisia aineita, vaatii enemmän aikaa, koska ne ovat monimutkaisia ja niiden suunnittelua on muutettava siten, että niissä voidaan käyttää kylmäaineita, joiden GWP on alle 150, ottaen samalla huomioon turvallisuusnäkökohdat. Jotta siirtyminen kylmäaineisiin, joiden GWP on alle 150, sujuisi helpommin, tarvitaan lisää aikaa vaihtoehtojen turvallisen käytön varmistamiseksi ja kustannusten pitämiseksi kohtuullisina. Lisäksi valmistajat saattaisivat joutua lopettamaan tällaisten olennaisten laitteiden markkinoille saattamisen ja viennin, jos niiden edellytetään muuttavan tuotevalikoimaansa hyvin lyhyessä ajassa. Poikkeusta varten pyydetään asetuksen (EU) 2024/573 11 artiklan 5 kohdan nojalla sallittua enimmäisaikaa, koska siirtyminen vaihtoehtoisiin kylmäaineisiin tämäntyyppisten laitteiden osalta on monimutkaista.

(5) Komissio on arvioinut Saksan toimivaltaisen viranomaisen toimittaman pyynnön ja katsoo, että asetuksen (EU) 2024/573 11 artiklan 5 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät. Komissio katsoo myös, että tällaisissa poikkeuksellisissa olosuhteissa aikaa olisi annettava riittävästi, jotta vältetään markkinahäiriöt kyseisten olennaisten laitteiden toimittamisessa. Komissio katsoo, että neljän vuoden lisäaika olisi tässä poikkeuksellisessa tapauksessa perusteltu.

([1]) EUVL L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(6) Koska poikkeuksessa tarkoitettujen laitetyyppien unionin markkinoille saattamista koskevan kiellon soveltaminen alkaa 1 päivänä tammikuuta 2025, tämän asetuksen olisi rajallisen ajan vuoksi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

(7) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2024/573 34 artiklan 1 kohdan nojalla perustetun fluorattuja kasvihuonekaasuja käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) 2024/573 liitteessä IV olevassa 4 kohdassa säädetään, seuraavien fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden GWP on vähintään 150, sisältävien laitteiden saattaminen markkinoille on sallittua 1 päivän tammikuuta 2025 ja 31 päivän joulukuuta 2028 välisenä aikana edellyttäen, että ne on varustettu merkinnällä asetuksen (EU) 2024/573 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti:

a) ympäristösimulointilaitteet, joissa on erilaisten ympäristöolosuhteiden, kuten aikasidonnaisen lämpötilan ja kosteuden, jäljittelemiseen käytettävä testauskammio ja jotka on tarkoitettu alle −50 °C:n käyttölämpötiloihin;

b) laboratoriolaitteet, joita käytetään nestemäisten näytteiden kuivaamiseen sumutuskuivaamalla tai pakastekuivaamalla;

c) laboratoriosentrifugit, joita käytetään erottelemaan tiheydeltään erilaisia nesteitä toisistaan tai nesteitä kiinteistä aineista nopeasti pyörivässä säiliössä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä lokakuuta 2024.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN