2024/2729

23.10.2024.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/2729

od 22. listopada 2024.

o odobravanju izuzeća u skladu s Uredbom (EU) 2024/573 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu upotrebe fluoriranih stakleničkih plinova u određenim uređajima za simulaciju okolišnih uvjeta, laboratorijskoj opremi za sušenje raspršivanjem ili zamrzavanjem i laboratorijskim centrifugama

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2024/573 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. veljače 2024. o fluoriranim stakleničkim plinovima, izmjeni Direktive (EU) 2019/1937 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 517/2014 ([1]), a posebno njezin članak 11. stavak 5.,

budući da:

(1) U skladu s točkom 4. Priloga IV. Uredbi (EU) 2024/573 od 1. siječnja 2025. zabranjeno je stavljanje na tržište samostalne rashladne opreme, osim rashlađivača, koja sadržava fluorirane stakleničke plinove s GWP-om od 150 ili više, osim ako mora zadovoljiti sigurnosne zahtjeve na mjestu rada.

(2) U skladu s člankom 11. stavkom 5. Uredbe (EU) 2024/573 njemačko nadležno tijelo podnijelo je 29. svibnja 2024. Komisiji zahtjev za odobrenje izuzeća kojim se dopušta stavljanje na tržište Unije tri vrste opreme koja sadržava fluorirane stakleničke plinove kao rashladno sredstvo i koja je obuhvaćena područjem primjene točke 4. Priloga IV. Uredbi (EU) 2024/573, a to su: i. uređaji za simulaciju okolišnih uvjeta za primjenu na temperaturama ispod −50 °C; ii. laboratorijska oprema za sušenje raspršivanjem ili sušenje zamrzavanjem; i iii. laboratorijske centrifuge.

(3) U zahtjevu za izuzeće navedene su sljedeće vrste opreme: i. uređaji za simulaciju okolišnih uvjeta koji se sastoje od ispitne komore i koriste za oponašanje različitih okolišnih uvjeta, npr. temperature i vlažnosti koji ovise o vremenu, za primjenu ispod −50 °C; ii. laboratorijska oprema za sušenje uzoraka tekućine raspršivanjem ili zamrzavanjem; i iii. laboratorijske centrifuge, koje služe za odvajanje tekućina različite gustoće ili odvajanje tekućina od krutih tvari u spremniku koji se brzo okreće.

(4) U zahtjevu za izuzeće navodi se da na tržištu Unije trenutačno ne postoji oprema navedenih vrsta u kojoj se koriste fluorirani stakleni plinovi s GWP-om od 150 ili manje. Iz sigurnosnih razloga u toj se opremi trenutačno koriste nezapaljiva rashladna sredstva (s GWP-om od 150 ili više). Za izradu i certifikaciju opreme u kojoj se mogu koristiti alternativne tvari potrebno je više vremena zbog složenosti proizvoda i promjena u konstrukciji potrebnih za prilagodbu upotrebi rashladnih sredstava s GWP-om manjim od 150, a potrebno je riješiti i sigurnosna pitanja. Kako bi se zajamčila sigurna upotreba alternativnih tvari i razmjerni troškovi, potrebno je osigurati određeno vrijeme za prelazak na rashladna sredstva s GWP-om manjim od 150. Osim toga, kad bi proizvođači trebali promijeniti svoj portfelj proizvoda u vrlo kratkom roku, mogli bi biti prisiljeni zaustaviti stavljanje na tržište i izvoz te osnovne opreme. U zahtjevu za izuzeće traži se najdulje razdoblje odobreno u skladu s člankom 11. stavkom 5. Uredbe (EU) 2024/573 zbog složenosti prelaska na alternativna rashladna sredstva za takvu vrstu opreme.

(5) Komisija je ocijenila zahtjev koji je podnijelo njemačko nadležno tijelo i smatra da su ispunjeni uvjeti iz članka 11. stavka 5. točaka (a) i (b) Uredbe (EU) 2024/573. Komisija smatra i da bi u takvim iznimnim okolnostima trebalo dati dovoljno vremena da se izbjegnu poremećaji u opskrbi tom osnovnom opremom na tržištu. Smatra i da bi u ovom iznimnom slučaju bilo opravdano dodatno razdoblje od četiri godine.

([1]) SL L, 2024/573, 20.2.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(6) S obzirom na to da se zabrana stavljanja na tržište Unije za vrstu opreme iz izuzeća primjenjuje od 1. siječnja 2025., zbog vremenskog ograničenja ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

(7) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem odbora za fluorirane stakleničke plinove osnovanog na temelju članka 34. stavka 1. Uredbe (EU) 2024/573,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odstupajući od točke 4. Priloga IV. Uredbi (EU) 2024/573, stavljanje na tržište sljedeće opreme koja sadržava fluorirane stakleničke plinove s GWP-om od 150 ili više odobreno je od 1. siječnja 2025. do 31. prosinca 2028., pod uvjetom da je oprema označena u skladu s člankom 12. stavkom 2. Uredbe (EU) 2024/573:

(a) uređaji za simulaciju okolišnih uvjeta koji se sastoje od ispitne komore i koriste za oponašanje različitih okolišnih uvjeta, npr. temperature i vlažnosti koji ovise o vremenu, za primjenu ispod –50 °C;

(b) laboratorijska oprema za sušenje uzoraka tekućine raspršivanjem ili zamrzavanjem;

(c) laboratorijske centrifuge, koje služe za odvajanje tekućina različite gustoće ili odvajanje tekućina od krutih tvari u spremniku koji se brzo okreće.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. listopada 2024.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN