Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

HU
L sorozat

2024/2729

2024.10.23.

A BIZOTTSÁG (EU) 2024/2729 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2024. október 22.)

az (EU) 2024/573 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázok bizonyos környezetszimulációs berendezésekben, laboratóriumi porlasztva szárító vagy fagyasztva szárító berendezésekben és laboratóriumi centrifugákban való felhasználása tekintetében biztosított mentesség engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fluortartalmú üvegházhatású gázokról, az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról és az 517/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2024. február 7-i (EU) 2024/573 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 11. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1) Az (EU) 2024/573 rendelet IV. mellékletének 4. pontja 2025. január 1-jétől megtiltja az olyan, folyadékhűtőktől eltérő, helyhez kötött önálló hűtőberendezések forgalomba hozatalát, amelyek 150-es vagy annál nagyobb GWP-vel rendelkező fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak, kivéve, ha erre a biztonsági előírásoknak az üzemelés helyén való megfelelés érdekében van szükség.

(2) Az (EU) 2024/573 rendelet 11. cikkének (5) bekezdésével összhangban Németország illetékes hatósága 2024. május 29-én egy olyan mentesség engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz, amely lehetővé teszi az (EU) 2024/573 rendelet IV. melléklete 4. pontjának hatálya alá tartozó, hűtőközegként fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések három típusának, nevezetesen a következőknek az uniós piacon történő forgalomba hozatalát: i. –50 °C alatti alkalmazási hőmérsékletre tervezett környezetszimulációs berendezések; ii. laboratóriumi porlasztva szárító vagy fagyasztva szárító berendezések; valamint iii. laboratóriumi centrifugák.

(3) A mentességi kérelemben említett berendezéstípusok a következők: i. –50 °C alatti alkalmazásra tervezett, különböző környezeti feltételek – pl. az idő függvényében változó hőmérséklet és páratartalom – reprodukálására szolgáló tesztkamrából álló környezetszimulációs berendezések; ii. folyadékminták porlasztva szárítására vagy fagyasztva szárítására szolgáló laboratóriumi berendezések; valamint iii. különböző sűrűségű folyadékok, illetve folyadékok és szilárd anyagok nagy sebességgel forgó tartályban történő szétválasztására szolgáló laboratóriumi centrifugák.

(4) A mentességi kérelem szerint az említett típusú berendezésekből jelenleg nincs forgalomban az uniós piacon olyan, amely 150-es vagy annál kisebb GWP-vel rendelkező fluortartalmú üvegházhatású gázokkal működne. Biztonsági okokból az ilyen berendezések jelenleg nem gyúlékony (150-es vagy annál nagyobb GWP-vel rendelkező) hűtőközegeket alkalmaznak. Az alternatív anyagok használatára alkalmas berendezések kifejlesztéséhez és tanúsításához több időre van szükség a termék összetettsége, valamint a 150-nél kisebb GWP-vel rendelkező hűtőközegek használatához és ezzel egyidejűleg a biztonsági szempontok figyelembevételéhez szükséges tervezési módosítások miatt. Az alternatívák biztonságos használatának biztosítása és a költségek arányos szinten tartása érdekében időre van szükség ahhoz, hogy a 150-nél kisebb GWP-vel rendelkező hűtőközegekre való átállás könnyebben végrehajtható legyen. Ezenkívül ha a gyártóknak nagyon rövid időn belül kellene átalakítaniuk termékportfóliójukat, fennállna annak a kockázata, hogy kénytelenek lennének leállítani ezen alapvető berendezések forgalomba hozatalát és kivitelét. A szóban forgó berendezéstípusok esetében az alternatív hűtőközegekre való átállás összetettsége miatt a mentességi kérelem az (EU) 2024/573 rendelet 11. cikkének (5) bekezdése alapján megengedett maximális időtartam engedélyezését kéri.

(5) A Bizottság megvizsgálta az illetékes német hatóság által benyújtott kérelmet, és úgy ítéli meg, hogy az (EU) 2024/573 rendelet 11. cikke (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek. A Bizottság úgy véli továbbá, hogy ilyen kivételes körülmények között elegendő időt kell biztosítani ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek az ezen alapvető berendezésekkel való ellátást érintő piaci zavarok. A Bizottság úgy véli, hogy ebben a kivételes esetben további négyéves időszak biztosítása indokolt.

([1]) HL L, 2024/573, 2024.2.20., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(6) Tekintettel arra, hogy a mentességben említett berendezéstípusok uniós piacon történő forgalomba hozatalára vonatkozó tilalom időbeli korlátok miatt 2025. január 1-jétől alkalmazandó, e rendeletnek az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(7) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2024/573 rendelet 34. cikke (1) bekezdésével létrehozott, a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2024/573 rendelet IV. mellékletének 4. pontjától eltérve 2025. január 1-jétől 2028. december 31-ig engedélyezett a 150-es vagy annál nagyobb GWP-vel rendelkező fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó következő berendezések forgalomba hozatala, feltéve, hogy azokat az (EU) 2024/573 rendelet 12. cikkének (2) bekezdése szerint címkézték:

a) −50 °C alatti alkalmazásra tervezett, különböző környezeti feltételek – pl. az idő függvényében változó hőmérséklet és páratartalom – reprodukálására szolgáló tesztkamrából álló környezetszimulációs berendezések;

b) folyadékminták porlasztva szárítására vagy fagyasztva szárítására szolgáló laboratóriumi szárítóberendezések;

c) különböző sűrűségű folyadékok, illetve folyadékok és szilárd anyagok nagy sebességgel forgó tartályban történő szétválasztására szolgáló laboratóriumi centrifugák.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2024. október 22-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN