Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2024/2729

2024 10 23

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2024/2729

2024 m. spalio 22 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2024/573 leidžiama taikyti išimtį dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų naudojimo tam tikruose aplinkos modeliavimo prietaisuose, laboratorinėje purškiamojo džiovinimo arba sublimacinio džiovinimo įrangoje ir laboratorinėse centrifugose

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2024 m. vasario 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2024/573 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 517/2014 ([1]), ypač į jo 11 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1) Reglamento (ES) 2024/573 IV priedo 4 punktu draudžiama nuo 2025 m. sausio 1 d. pateikti rinkai autonominę šaldymo įrangą, išskyrus aušintuvus, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių visuotinio atšilimo potencialas (VAP) yra 150 arba didesnis, išskyrus atvejus, kai reikia, kad būtų laikomasi veiklos vietos saugos reikalavimų;

(2) 2024 m. gegužės 29 d. Vokietijos kompetentinga institucija pagal Reglamento (ES) 2024/573 11 straipsnio 5 dalį pateikė Komisijai prašymą leisti taikyti išimtį, kuria būtų leidžiama Sąjungos rinkai pateikti trijų rūšių įrangą, kurioje kaip aušalas naudojamos fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir kuri patenka į Reglamento (ES) 2024/573 IV priedo 4 punkto taikymo sritį, konkrečiai: i) aplinkos modeliavimo prietaisus, tinkamus žemesnei kaip – 50 °C temperatūrai; ii) laboratorinę purškiamojo džiovinimo arba sublimacinio džiovinimo įrangą ir iii) laboratorines centrifugas;

(3) prašyme leisti taikyti išimtį nurodyta šių rūšių įranga: i) aplinkos modeliavimo prietaisai, sudaryti iš bandymų kameros, naudojamos įvairioms aplinkos sąlygoms, pvz., laike kintančiai temperatūrai ir drėgmei, sukurti, tinkami žemesnei kaip – 50 °C temperatūrai; ii) laboratorinė įranga, naudojama skystiems mėginiams džiovinti purškiamojo džiovinimo arba sublimacinio džiovinimo būdu; iii) laboratorinės centrifugos, t. y. įranga, kurios greitai besisukančiame rotoriuje galima atskirti vieną nuo kito skirtingo tankio skysčius arba skysčius nuo kietųjų medžiagų;

(4) prašyme taikyti išimtį nurodyta, kad šiuo metu Sąjungos rinkoje minėtų rūšių įrangos, kurioje būtų naudojamos 150 arba mažesnio VAP fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, nėra. Saugos sumetimais tokioje įrangoje šiuo metu naudojami nedegieji aušalai (kurių VAP yra 150 arba didesnis). Įrangai, kurioje gali būti naudojamos alternatyvios medžiagos, sukurti ir sertifikuoti reikia daugiau laiko, nes tai sudėtingas gaminys ir, norint naudoti mažesnio kaip 150 VAP aušalus bei kartu užtikrinti saugą, reikia keisti jos konstrukciją. Siekiant užtikrinti, kad alternatyvos būtų naudojamos saugiai, ir išvengti neproporcingų išlaidų, perėjimui prie mažesnio kaip 150 VAP aušalų reikės laiko. Be to, jei iš gamintojų būtų reikalaujama per labai trumpą laikotarpį pakeisti savo produktų asortimentą, kiltų pavojus, kad jie būtų priversti sustabdyti tokios svarbios įrangos tiekimą rinkai ir eksportą. Atsižvelgiant į tai, kad tokių rūšių įrangoje pereiti prie alternatyvių aušalų yra sudėtinga, prašyme leisti taikyti išimtį prašoma nustatyti ilgiausią pagal Reglamento (ES) 2024/573 11 straipsnio 5 dalį leidžiamą išimties taikymo laikotarpį;

(5) įvertinusi Vokietijos kompetentingos institucijos pateiktą prašymą, Komisija mano, kad Reglamento (ES) 2024/573 11 straipsnio 5 dalies a ir b punktuose nustatytos sąlygos yra tenkinamos. Komisija taip pat mano, kad tokiomis išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų būti suteikta pakankamai laiko, kad rinkoje būtų išvengta tokios svarbios įrangos tiekimo sutrikimų. Todėl Komisija mano, kad papildomas ketverių metų laikotarpis šiuo išimtiniu atveju būtų pagrįstas;

([1]) OL L, 2024/573, 2024 2 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(6) atsižvelgiant į tai, kad draudimas pateikti Sąjungos rinkai išimtyje nurodytų rūšių įrangą įsigalioja 2025 m. sausio 1 d., dėl laiko stokos šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*;

(7) šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2024/573 34 straipsnio 1 dalį įsteigto fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 2024/573 IV priedo 4 punkto, nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2028 m. gruodžio 31 d. leidžiama pateikti rinkai toliau nurodytą įrangą, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių VAP yra 150 arba didesnis, su sąlyga, kad ji paženklinta pagal Reglamento (ES) 2024/573 12 straipsnio 2 dalį:

a) aplinkos modeliavimo prietaisus, sudarytus iš bandymų kameros, naudojamos įvairioms aplinkos sąlygoms, pvz., laike kintančiai temperatūrai ir drėgmei, sukurti, tinkamus žemesnei kaip – 50 °C temperatūrai;

b) laboratorinę džiovinimo įrangą, naudojamą skystiems mėginiams džiovinti purškiamojo džiovinimo arba sublimacinio džiovinimo būdu;

c) laboratorines centrifugas, naudojamas skirtingo tankio skysčiams vienam nuo kito arba skysčiams nuo kietųjų medžiagų atskirti greitai besisukančiame rotoriuje.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2024 m. spalio 22 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN