Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2024/2729

23.10.2024.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2024/2729

(2024. gada 22. oktobris),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/573 piešķir atbrīvojumu, atļaujot noteiktās vides simulācijas ierīcēs, žāvēšanai ar izsmidzināšanu vai ar izsaldēšanu paredzētās laboratorijas iekārtās, kā arī laboratorijas centrifūgās izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/573 (2024. gada 7. februāris) par fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm, ar kuru groza Direktīvu (ES) 2019/1937 un atceļ Regulu (ES) Nr. 517/2014 ([1]), un jo īpaši tās 11. panta 5. punktu,

tā kā:

(1) Regulas (ES) 2024/573 IV pielikuma 4. punkts no 2025. gada 1. janvāra aizliedz laist tirgū autonomās dzesēšanas iekārtas, izņemot dzesinātājus, kas satur fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kuru GSP ir 150 vai lielāks, izņemot ja darbības vietā tas vajadzīgs drošības dēļ.

(2) Vācijas kompetentā iestāde saskaņā ar Regulas (ES) 2024/573 11. panta 5. punktu 2024. gada 29. maijā Komisijai iesniedza pieprasījumu piešķirt atbrīvojumu, atļaujot laist Savienības tirgū trīs veidu iekārtas, kuras satur fluorētās siltumnīcefekta gāzes kā aukstumaģentu un ietilpst Regulas (ES) 2024/573 IV pielikuma 4. punkta darbības jomā, proti: i) vides simulācijas ierīces, kas paredzētas lietošanas temperatūrai, kura zemāka par −50 °C; ii) laboratorijas iekārtas žāvēšanai ar izsmidzināšanu vai ar izsaldēšanu un iii) laboratorijas centrifūgas.

(3) Atbrīvojuma pieprasījumā ir minēti šādi iekārtu veidi: i) vides simulācijas ierīces, kuras sastāv no testa kameras, ko izmanto, lai reproducētu dažādus vides apstākļus, piemēram, laikatkarīgu temperatūru un mitrumu, lietošanai temperatūrā, kas ir zemāka par −50 °C; ii) laboratorijas iekārtas, ko izmanto šķidro paraugu žāvēšanai ar izsmidzināšanu vai ar izsaldēšanu un iii) laboratorijas centrifūgas, kas ir iekārtas, kuras ātri rotējošā traukā atdala dažāda blīvuma šķidrumus vai atdala šķidras vielas no cietvielām.

(4) Atbrīvojuma pieprasījumā ir norādīts, ka pašlaik Savienības tirgū nav tādu iekārtu, kas izmantotu fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kuru GSP ir 150 vai mazāks. Drošības apsvērumu dēļ šādās iekārtās pašlaik izmanto neuzliesmojošus aukstumaģentus (kuru GSP ir 150 vai lielāks). Lai izstrādātu un sertificētu iekārtas, kurās var izmantot alternatīvas vielas, ir vajadzīgs ilgāks laiks – to nosaka ražojuma sarežģītība un konstrukcijas izmaiņas, kas vajadzīgas, lai iekārtas pielāgotu aukstumaģentiem, kuru GSP ir mazāks par 150, un reizē arī atrisinātu drošuma problēmas. Lai gādātu par alternatīvu izmantošanas drošumu un izmaksas saglabātu samērīgā līmenī, ir vajadzīgs laiks, lai veicinātu pāreju uz aukstumaģentiem, kuru GSP vērtība ir mazāka par 150. Turklāt, ja ražotājiem ļoti īsā laika periodā būtu jāmaina savs ražojumu klāsts, pastāv risks, ka tie varētu būt spiesti šāda pirmās nepieciešamības aprīkojuma laišanu tirgū un eksportēšanu pārtraukt. Atbrīvojuma pieprasījumā ir lūgts noteikt maksimālo laika periodu, kāds atļauts saskaņā ar Regulas (ES) 2024/573 11. panta 5. punktu, jo pāreja uz alternatīviem aukstumaģentiem šāda veida iekārtām ir sarežģīta.

(5) Komisija ir novērtējusi Vācijas kompetentās iestādes iesniegto pieprasījumu un uzskata, ka Regulas (ES) 2024/573 11. panta 5. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktie nosacījumi ir izpildīti. Komisija arī uzskata, ka šādos ārkārtas apstākļos, lai nepieļautu tirgus traucējumus šāda būtiska aprīkojuma piegādē, būtu jādod pietiekami daudz laika. Komisija uzskata, ka šajā izņēmuma gadījumā būtu pamatoti noteikt papildu četru gadu periodu.

([1]) OV L, 2024/573, 20.2.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(6) Ņemot vērā to, ka aizliegums laist Savienības tirgū tāda veida aprīkojumu, kas minēts atbrīvojumā, ir piemērojams no 2025. gada 1. janvāra, šai regulai laika ierobežojumu dēļ būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

(7) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (ES) 2024/573 34. panta 1. punktu izveidotā komiteja fluorēto siltumnīcefekta gāzu jautājumos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atkāpjoties no Regulas (ES) 2024/573 IV pielikuma 4. punkta, no 2025. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 31. decembrim ir atļauts laist tirgū tālāk norādītās iekārtas, kas satur fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kuru GSP ir 150 vai lielāks, ar noteikumu, ka tās ir marķētas saskaņā ar Regulas (ES) 2024/573 12. panta 2. punktu:

a) vides simulācijas ierīces, kuras sastāv no testa kameras, ko izmanto, lai reproducētu dažādus vides apstākļus, piemēram, laikatkarīgu temperatūru un mitrumu, lietošanai temperatūrā, kas ir zemāka par –50 °C;

b) laboratoriskas žāvēšanas iekārtas, ko izmanto šķidro paraugu žāvēšanai ar izsmidzināšanu vai ar izsaldēšanu;

c) laboratorijas centrifūgas, kuras izmanto, lai ātri rotējošā traukā atdalītu dažāda blīvuma šķidrumus vai atdalītu šķidras vielas no cietvielām.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2024. gada 22. oktobrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN