Úradný vestník
Európskej únie

SK
Séria L

2024/2729

23.10.2024

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/2729

z 22. októbra 2024,

ktorým sa povoľuje výnimka podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/573, pokiaľ ide o používanie fluórovaných skleníkových plynov v určitých zariadeniach na simuláciu životného prostredia, v laboratórnych zariadeniach na sušenie rozprašovaním alebo lyofilizáciu a v laboratórnych odstredivkách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/573 zo 7. februára 2024 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2019/1937 a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 517/2014 ([1]), a najmä na jeho článok 11 ods. 5,

keďže:

(1) V bode 4 prílohy IV k nariadeniu (EÚ) 2024/573 sa od 1. januára 2025 zakazuje uvádzať na trh samostatné chladiace zariadenia, okrem chladičov kvapalín, obsahujúce fluórované skleníkové plyny, ktorých GWP je 150 alebo viac, s výnimkou prípadov, keď je ich použitie nevyhnutné na splnenie bezpečnostných požiadaviek v mieste prevádzky.

(2) Podľa článku 11 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2024/573 predložil príslušný nemecký orgán 29. mája 2024 Komisii žiadosť o povolenie výnimky na umožnenie uvádzania na trh Únie troch druhov zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny ako chladivo, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti bodu 4 prílohy IV k nariadeniu (EÚ) 2024/573, a to: i) zariadení na simuláciu podmienok prostredia na použitia pre teploty nižšie ako −50 °C; ii) laboratórnych zariadení na sušenie rozprašovaním alebo lyofilizáciu a iii) laboratórnych odstrediviek.

(3) V žiadosti o výnimku sú uvedené tieto typy zariadení: i) zariadenia na simuláciu podmienok prostredia pozostávajúce zo skúšobnej komory používanej na reprodukciu rôznych podmienok prostredia, napr. teploty a vlhkosti v závislosti od času, na použitia pre teploty nižšie ako −50 °C; ii) laboratórne zariadenia používané na sušenie tekutých vzoriek sušením rozprašovaním alebo lyofilizáciou a iii) laboratórne odstredivky, t. j. zariadenia na oddeľovanie kvapalín s rôznou hustotou alebo kvapalín od tuhých látok v rýchlo sa točiacej nádobe.

(4) V žiadosti o výnimku sa uvádza, že v súčasnosti na trhu Únie nie sú žiadne zariadenia uvedených typov, ktoré používajú fluórované skleníkové plyny s GWP 150 alebo menej. Z dôvodu obáv o bezpečnosť sa v takýchto zariadeniach v súčasnosti používajú nehorľavé chladivá (s GWP 150 alebo viac). Vývoj a certifikácia zariadení, ktoré môžu používať alternatívne látky, si vyžaduje viac času vzhľadom na zložitosť výrobku a zmeny v návrhu potrebné na umožnenie používania chladív s GWP nižším ako 150 a zároveň na riešenie bezpečnostných obáv. S cieľom zaistiť bezpečné používanie alternatív a udržať náklady na primeranej úrovni je potrebný určitý čas na uľahčenie prechodu na chladivá s hodnotou GWP nižšou ako 150. Okrem toho, ak by sa od výrobcov vyžadovalo, aby vo veľmi krátkej lehote zmenili svoje portfólio, hrozilo by, že budú nútení zastaviť uvádzanie takýchto základných zariadení na trh a ich vývoz. V žiadosti o výnimku sa požaduje maximálne obdobie povolené podľa článku 11 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2024/573 z dôvodu zložitosti prechodu na alternatívne chladivá pri takýchto typoch zariadení.

(5) Komisia posúdila žiadosť predloženú nemeckým príslušným orgánom a konštatuje, že sú splnené podmienky stanovené v článku 11 ods. 5 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2024/573. Komisia takisto konštatuje, že za takýchto výnimočných okolností by sa mal poskytnúť dostatočný čas na to, aby sa zabránilo narušeniu trhu, pokiaľ ide o dodávky takýchto základných zariadení. Komisia sa domnieva, že v tomto výnimočnom prípade by bolo odôvodnené ďalšie štvorročné obdobie.

([1]) Ú. v. EÚ L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(6) Vzhľadom na to, že zákaz uvádzania typu zariadení uvedeného vo výnimke na trh Únie sa uplatňuje od 1. januára 2025, z dôvodu časových obmedzení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

(7) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru pre fluórované skleníkové plyny zriadeného podľa článku 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2024/573,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od bodu 4 prílohy IV k nariadeniu (EÚ) 2024/573 sa od 1. januára 2025 do 31. decembra 2028 povoľuje uvádzať na trh tieto zariadenia obsahujúce fluórované skleníkové plyny s GWP 150 alebo viac za predpokladu, že sú označené podľa článku 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2024/573:

a) zariadenia na simuláciu podmienok prostredia pozostávajúce zo skúšobnej komory používanej na reprodukciu rôznych podmienok prostredia, napr. teploty a vlhkosti v závislosti od času, na použitia pre teploty nižšie ako −50 °C;

b) laboratórne sušiace zariadenia používané na sušenie tekutých vzoriek sušením rozprašovaním alebo lyofilizáciou;

c) laboratórne odstredivky používané na oddeľovanie kvapalín s rôznou hustotou alebo kvapalín od tuhých látok v rýchlo sa točiacej nádobe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. októbra 2024

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN