Uradni list
Evropske unije

SL
Serija L

2024/2729

23.10.2024

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/2729

z dne 22. oktobra 2024

o odobritvi izjeme v skladu z Uredbo (EU) 2024/573 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uporabo fluoriranih toplogrednih plinov v nekaterih napravah za okoljsko simulacijo, opremi za laboratorijsko sušenje z razprševanjem ali sušenje z zamrzovanjem in laboratorijskih centrifugah

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2024/573 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. februarja 2024 o fluoriranih toplogrednih plinih, spremembi Direktive (EU) 2019/1937 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 517/2014 ([1]) ter zlasti člena 11(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga IV, točka 4, k Uredbi (EU) 2024/573 od 1. januarja 2025 prepoveduje dajanje na trg samostojne opreme za hlajenje, razen ohlajevalnikov, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline s potencialom globalnega segrevanja 150 ali več, razen če mora izpolnjevati varnostne standarde na mestu uporabe.

(2) V skladu s členom 11(5) Uredbe (EU) 2024/573 je nemški pristojni organ 29. maja 2024 Komisiji predložil zahtevo za odobritev izjeme, ki dovoljuje dajanje na trg Unije treh vrst opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline kot hladilno sredstvo in spada na področje uporabe Priloge IV, točka 4, k Uredbi (EU) 2024/573, in sicer: (i) naprav za okoljsko simulacijo za uporabo pri temperaturah pod –50 °C, (ii) laboratorijske opreme za sušenje z razprševanjem ali sušenje z zamrzovanjem in (iii) laboratorijskih centrifug.

(3) Vrste opreme, navedene v zahtevi za izjemo, so naslednje: (i) naprave za okoljsko simulacijo, sestavljene iz preizkuševalne komore, ki se uporablja za prikazovanje različnih okoljskih pogojev, npr. časovno odvisne temperature in vlažnosti, za uporabe pod –50 °C, (ii) laboratorijska oprema, ki se uporablja za sušenje tekočih vzorcev s sušenjem z razprševanjem ali sušenjem z zamrzovanjem, in (iii) laboratorijske centrifuge, ki so oprema za ločevanje tekočin različnih gostot ali tekočin od trdnih snovi v hitro vrteči se posodi.

(4) V zahtevi za izjemo je navedeno, da na trgu Unije trenutno ni opreme navedenih vrst, ki uporablja fluorirane toplogredne pline s potencialom globalnega segrevanja 150 ali manj. Zaradi varnostnih pomislekov je uporaba take opreme trenutno odvisna od nevnetljivih hladilnih sredstev (s potencialom globalnega segrevanja 150 ali več). Razvoj in certificiranje opreme, ki lahko uporablja alternativne snovi, zahtevata več časa zaradi kompleksnosti izdelka in sprememb zasnove, ki so potrebne za uporabo hladilnih sredstev s potencialom globalnega segrevanja, nižjim od 150, hkrati pa je treba obravnavati tudi varnostne pomisleke. Da se zagotovi varna uporaba alternativ in se stroški ohranijo na sorazmerni ravni, je potreben čas, da se olajša prehod na hladilna sredstva s potencialom globalnega segrevanja, nižjim od 150. Poleg tega bi za proizvajalce, če bi morali v zelo kratkem času spremeniti svoj portfelj izdelkov, obstajalo tveganje, da bodo prisiljeni prenehati dajati na trg in izvažati tako bistveno opremo. V zahtevi za izjemo se zaradi zapletenosti prehoda na alternativna hladilna sredstva za take vrste opreme zahteva najdaljše obdobje, ki se lahko odobri v skladu s členom 11(5) Uredbe (EU) 2024/573.

(5) Komisija je ocenila zahtevo, ki jo je predložil nemški pristojni organ, in meni, da so pogoji iz točk (a) in (b) člena 11(5) Uredbe (EU) 2024/573 izpolnjeni. Komisija tudi meni, da bi bilo treba v takih izjemnih okoliščinah zagotoviti dovolj časa, da se preprečijo motnje na trgu pri dobavi take bistvene opreme. Komisija meni, da bi bilo v tem izjemnem primeru upravičeno dodatno obdobje štirih let.

([1]) UL L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(6) Glede na to, da se prepoved dajanja vrste opreme iz izjeme na trg Unije zaradi časovnih omejitev uporablja od 1. januarja 2025, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

(7) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora za fluorirane toplogredne pline, ustanovljenega na podlagi člena 34(1) Uredbe (EU) 2024/573 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od Priloge IV, točka 4, k Uredbi (EU) 2024/573 se od 1. januarja 2025 do 31. decembra 2028 dovoli dajanje na trg naslednje opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline s potencialom globalnega segrevanja 150 ali več, če je označena v skladu s členom 12(2) Uredbe (EU) 2024/573:

(a) naprav za okoljsko simulacijo, sestavljenih iz preizkuševalne komore, ki se uporablja za prikazovanje različnih okoljskih pogojev, npr. časovno odvisne temperature in vlažnosti, za uporabe pod −50 °C;

(b) laboratorijske opreme, ki se uporablja za sušenje tekočih vzorcev s sušenjem z razprševanjem ali sušenjem z zamrzovanjem;

(c) laboratorijskih centrifug, ki se uporabljajo za ločevanje tekočin različnih gostot ali tekočin od trdnih snovi v hitro vrteči se posodi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. oktobra 2024

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN