Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2024/2729

23.10.2024

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2024/2729

av den 22 oktober 2024

om godkännande av ett undantag i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/573 vad gäller användning av fluorerade växthusgaser i viss miljösimuleringsutrustning, viss laboratorieutrustning för sprejtorkning eller frystorkning samt vissa laboratoriecentrifuger

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/573 av den 7 februari 2024 om fluorerade växthusgaser, om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 och om upphävande av förordning (EU) nr 517/2014 ([1]), särskilt artikel 11.5, och

av följande skäl:

(1) Enligt punkt 4 i bilaga IV till förordning (EU) 2024/573 förbjuds utsläppande på marknaden av fristående kylutrustning, utom vätskekylaggregat, som innehåller fluorerade växthusgaser med en GWP på 150 eller mer från och med den 1 januari 2025, utom om dessa krävs för att uppfylla säkerhetsnormer på platsen för driften.

(2) Den tyska behöriga myndigheten lämnade den 29 maj 2024, i enlighet med artikel 11.5 i förordning (EU) 2024/573, in en begäran till kommissionen om godkännande av ett undantag för att tillåta utsläppande på unionsmarknaden av tre typer av utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser som köldmedium och som omfattas av punkt 4 i bilaga IV till förordning (EU) 2024/573, närmare bestämt i) miljösimuleringsutrustning för användning vid temperaturer under −50 °C, ii) laboratorieutrustning för sprejtorkning eller frystorkning och iii) laboratoriecentrifuger.

(3) Följande typer av utrustning avses i begäran om undantag: i) miljösimuleringsutrustning som består av en testkammare och som används för att reproducera en rad olika miljöförhållanden, t.ex. tidsberoende temperatur och fuktighet, för användning vid temperaturer under −50 °C, ii) laboratorieutrustning som används för sprejtorkning eller frystorkning av vätskeprover och iii) laboratoriecentrifuger, som är en typ av utrustning för att separera vätskor med olika densitet eller vätskor från fasta ämnen i en snabbt roterande behållare.

(4) I begäran om undantag anges att det på unionsmarknaden för närvarande inte finns någon utrustning av ovannämnda typer som använder fluorerade växthusgaser med en GWP på 150 eller mindre. Av säkerhetsskäl används för närvarande icke-brandfarliga köldmedier (med en GWP på 150 eller mer) i sådan utrustning. På grund av produktens komplexitet och de designändringar som måste göras för att kunna använda köldmedier med en GWP under 150 och samtidigt ta hänsyn till säkerhetsaspekter behövs det mer tid för att utveckla och certifiera utrustning som kan använda alternativa ämnen. För att säkerställa att alternativen kommer att användas på ett säkert sätt samt hålla kostnaderna på en proportionerlig nivå behövs tid för att underlätta omställningen till köldmedier med ett GWP-värde under 150. Om tillverkarna är skyldiga att göra ändringar i sina produktportföljer på mycket kort tid skulle de dessutom riskera att tvingas upphöra med utsläppandet på marknaden och exporten av sådan väsentlig utrustning. I begäran om undantag begärs den maximala tidsperiod som kan beviljas enligt artikel 11.5 i förordning (EU) 2024/573, på grund av den komplexa övergången till alternativa köldmedier för sådana typer av utrustning.

(5) Kommissionen har bedömt den begäran som lämnats in av den tyska behöriga myndigheten och anser att de villkor som anges i artikel 11.5 a och b i förordning (EU) 2024/573 är uppfyllda. Kommissionen anser även att det under dessa särskilda omständigheter bör beviljas tillräckligt med tid för att undvika marknadsstörningar för leveranserna av sådan väsentlig utrustning. Kommissionen anser att en ytterligare period på fyra år skulle vara motiverad i detta särskilda fall.

([1]) EUT L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(6) Med tanke på att förbudet mot utsläppande på unionsmarknaden av den typ av utrustning som avses i undantaget börjar gälla den 1 januari 2025 bör denna förordning, på grund av tidsbegränsningar, träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

(7) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté för fluorerade växthusgaser som inrättats enligt artikel 34.1 i förordning (EU) 2024/573.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från punkt 4 i bilaga IV till förordning (EU) 2024/573 ska utsläppande på marknaden av följande utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser med en GWP på 150 eller mer tillåtas från och med den 1 januari 2025 till och med den 31 december 2028, under förutsättning att den märks i enlighet med artikel 12.2 i förordning (EU) 2024/573:

(a) Miljösimuleringsutrustning som består av en testkammare och som används för att reproducera en rad olika miljöförhållanden, t.ex. tidsberoende temperatur och fuktighet, för användning vid temperaturer under −50 °C.

(b) Torkningsutrustning för laboratorier som används för sprejtorkning eller frystorkning av vätskeprover.

(c) Laboratoriecentrifuger som används för att separera vätskor med olika densitet eller vätskor från fasta ämnen i en snabbt roterande behållare.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 oktober 2024.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande